



Научни институт за ветеринарство Србије
Scientific Institute of Veterinary Medicine of Serbia

Војводе Тозе 14, 11000 Београд, Ауто пут бр. 3, 11070 Нови Београд

Тел/факс: (+381 11) 285 10 96; 660 40 20; 6697 797; 7191-273;

Текући рачун: 205-119923-92 ПИБ: 100378965 МАТ.БР: 07013159

E-mail: nivs@nivs.rs

Web: www.nivs.rs



Број: 04-0582

Датум: 08.02.2018.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН
02/18

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 удаљем тексту: ЗЈН), наручилац даје додатна појашњења у вези са питањима које је потенцијални понуђач поставио.

Партија 12.

Питање 1. Која врста мерила притиска је у питању (са бурдоновом цеви, дигитални)?

Одговор 1. У питању су манометри и мановакууметри са бурдоновом цеви.

Питање 2. Које су класе тачности/опсеги мерила притиска?

Одговор 2. Манометри и мановакууметри се налазе на аутоклавима од -1 до 6 бара и на боцама за азот, CO₂, ацетилен,.. опсега: до 2,5 бара, 11 бара, 16 бара и 315 бара.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 02/2018