



Научни институт за ветеринарство Србије
Scientific Institute of Veterinary Medicine of Serbia

Јаниса Јанулиса бр.14, 11000 Београд, Ауто пут бр. 3, 11070 Нови Београд

Тел/факс: (+381 11) 285 10 96; 660 40 20; 6697 797; 7191-273;

Текући рачун: 205-119923-92 ПИБ: 100378965 МАТ.БР: 07013159

Е-mail: nivs@nivs.rs

Web: www.nivs.rs



Број: 04-3286
Датум: 07.09.2020.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ
06/20

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 удаљем тексту: ЗЈН), наручилац даје додатна појашњења у вези са питањима које је потенцијални понуђач поставио.

Питање 1. Према техничкој спецификацији, за Партију 41., тражено је да кит буде капацитета 400 реакција од по 50µl, а наведен је референтни кит Verso 1-Step qRT-PCR ROX Kit, Thermo Scientific који на тржишту постоји у две варијанте, 1) 400 x 25µl и 2) 200 x 25µl.

Наше питање је да ли је прихватљиво понудити кит капацитета 400 реакција од по 25µl?

Одговор 1. Прихватљиво је понудити кит капацитета 400 x 25µl, али 2 комада да би захтев 400 x 50µl био испуњен.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 06/2020