



Научни институт за ветеринарство Србије
Scientific Institute of Veterinary Medicine of Serbia

Војводе Тозе 14, 11000 Београд, Ауто пут бр. 3, 11070 Нови Београд

Тел/фах: (+381 11) 285 10 96; 660 40 20; 6697 797; 7191-273;

Текући рачун: 205-119923-92 ПИБ: 100378965 МАТ.БР: 07013159

E-mail: nivs@nivs.rs

Web: www.nivs.rs



Број: 04-0273
Датум: 22.01.2016.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН
09/15

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 удаљем тексту: ЗЈН), наручилац даје додатна појашњења у вези са питањима које је потенцијални понуђач поставио.

Питање 1. На страни 22 конкурсне документације под техничким карактеристикама захтеваног масеног спектрометра тражен је опсег маса од 1.0u до 1190u или шири. Како се ГЦ МС техника користи у аналитици испарљивих једињења која имају молекулске масе до 650 и свакако не мање од 2, молим за одговор да ли је прихватљив инструмент који има опсег маса 2-1050u или шире? Напомињемо да је захтевана спецификација карактеристична искључиво за једног произвођача опреме, а да се тиме искључују сви остали, укључујући водеће светске произвођаче овог инструмента и да се тиме спречава да равноправно учествују у јавној набавци, чиме се крши Закон о јавним набавкама. Такође, захтевана карактеристика нема никакву аналитичку примену и оправдање па вас молимо да размотрите постављени захтев и прихватите предложену измену.

Одговор 1. Корисник остаје при захтеву написаном у тендерској документацији. Према сазнањима Наручиоца, више инструмената различитих произвођача опреме испуњава захтевани опсег, као и остале минималне захтеване техничке карактеристике. Понуђач свакако може понудити и шири опсег од траженог под условом да обухвата захтевани опсег.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 09/2015