



Научни институт за ветеринарство Србије
Scientific Institute of Veterinary Medicine of Serbia

Војводе Тозе 14, 11000 Београд, Ауто пут бр. 3, 11070 Нови Београд

Тел/fax: (+381 11) 285 10 96; 660 40 20; 6697 797; 7191-273;

Текући рачун: 205-119923-92 ПИБ: 100378965 МАТ.БР: 07013159

E-mail: nivs@nivs.rs Web: www.nivs.rs



Број: 04-0330
Датум: 28.01.2016.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН
09/15

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 удаљем тексту: ЗЈН), наручилац даје додатна појашњења у вези са питањима које је потенцијални понуђач поставио.

Питање 1. У конкурсној документацији на страни 22 од 32, у делу техничке спецификације и техничка документација, тражено је да за масени спектрометар опсег маса од 1.0 до 1190u (атомских масених јединица) или шири.

На основу истраживања тржишта смо утврдили да тренутно на тржишту Републике Србије а и на светском тржишту у понуди су уређаји са следећим опсезима маса: 1.5-1100, 1.5-1050, 1-1200 и 1.5-1090.

Истраживање можете и Ви спровести ако већ нисте, утврдићете исто. Због горе изложеног Вам указујемо да тражена техничка спецификација је искључујућа и тиме у супротности Закона о јавним набавкама и начела о једнакости понуђача. Сходно Закону о јавним набавкама, неопходно је да исправите тражену техничку спецификацију тако да обезбедите једнакост мађу понуђачима и промените опсег у 1.5-1000 и више.

Одговор 1. Корисник остаје при захтеву написаном у тендерској документацији.

Према сазнањима Наручиоца, више инструмената различитих произвођача опреме испуњава захтевани опсег, као и остале минималне захтеване техничке карактеристике. Понуђач свакако може понудити и шири опсег од траженог под условом да обухвата захтевани опсег.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 09/2015