



Научни институт за ветеринарство Србије
Scientific Institute of Veterinary Medicine of Serbia

Војводе Тозе 14, 11000 Београд, Ауто пут бр. 3, 11070 Нови Београд

Тел/факс: (+381 11) 285 10 96; 660 40 20; 6697 797; 7191-273;

Текући рачун: 205-119923-92 ПИБ: 100378965 МАТ.БР: 07013159

E-mail: nivs@nivs.rs

Web: www.nivs.rs



Број: 04-1741
Датум: 18.04.2016.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН
06/16**

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 удаљем тексту: ЗЈН), наручилац даје додатна појашњења у вези са питањима које је потенцијални понуђач поставио.

Питање 1. На страни 21., одељку техничке спецификације под ставком б. наводи се: "запремина реакције 1-50 μ l". Да ли сте мислили на запремину узорка са којим радите?

Одговор 1. У спецификацији апарата се обично наводи "sample size", што би у буквалном преводу била величина узорка. Међутим, ми под термином "количина узорка" у лабораторијском раду подразумевамо количину из које се по конкретном протоколу врши екстракција, а у апарату манипулишемо одређеном запремином реакције. Дакле, са Вашег становишта можете поистоветити "sample size" или "величина узорка" са нашим термином "запремина реакције".

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 09/2016