



Научни институт за ветеринарство Србије Scientific Institute of Veterinary Medicine of Serbia

Војводе Тозе 14, 11000 Београд, Аутоматски пут бр. 3, 11070 Нови Београд

Тел/fax: (+381 11) 285 10 96; 660 40 20; 6697 797; 7191-273;

Текући рачун: 205-119923-92 ПИБ: 100378965 МАТ.БР: 07013159

E-mail: nivs@nivs.rs Web: www.nivs.rs



Број: 04- 3499

Датум: 04.08.2016.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН 14/2016

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 удаљем тексту: ЗЈН), наручилац даје додатна појашњења у вези са питањима које је потенцијални понуђач поставио.

Питање 1. На страни 6 конкурсне документације захтевано је упутство за рад на српском језику. Молим вас да одговорите да ли је потребно доставити упутство уз понуду или приликом испоруке инструмента?

Одговор 1. Упутство за рад на српском језику је потребно доставити уз понуду како је наведено у конкурсној документацији, наводимо:

“Понуђач је дужан да понудом обухвати:

Упутство за рад на српском језику, које може бити достављено у штампаном или електронском облику”.

Питање 2. На страни 23 конкурсне документације под техничким карактеристикама захтеваног масеног спектрометра тражен је опсег маса од 1.0 и до 1200 и или шири. Како се ГЦ МС техника користи у анализи испраљивих једињења која имају молекулске масе до 650 и свакако не мање од 2, молим за одговор да ли је прихватљив инструмент који има опсег маса 2 – 1050 и или шире? Напомињемо да је захтевана спецификација карактеристична искључиво за једног производјача опреме, а да се тиме искључују сви остали, укључујући водеће светске производјаче овог инструмента и да се тиме спречавају да равноправно учествују у јавној набавци, чиме се крши Закон о јавним набавкама. Такође, захтевана карактеристика нема никакву аналитичку примену и оправдање па вас молимо да размотрите постављени захтев и прихватите предложену измену.

Одговор 2. Корисник остаје при захтеваним техничким карактеристикама.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 14/2016