



Научни институт за ветеринарство Србије Scientific Institute of Veterinary Medicine of Serbia

Војводе Тозе 14, 11000 Београд, Аутоматски пут бр. 3, 11070 Нови Београд

Тел/fax: (+381 11) 285 10 96; 660 40 20; 6697 797; 7191-273;

Текући рачун: 205-119923-92 ПИБ: 100378965 МАТ.БР: 07013159

E-mail: nivs@nivs.rs

Web: www.nivs.rs



Број: 04- 3568
Датум: 09.08.2016.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН 14/2016

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 удаљем тексту: ЗЈН), наручилац даје додатна појашњења у вези са питањима које је потенцијални понуђач поставио.

Питање 1. Конкурсна документација за јавну набавку број 14-2016 -набавка гасног хроматографа са пламено јонизујућим и масеним детектором, документација има укупно 74 стране које садрже две исте тендерске документације од по 37 страна.

Да ли је потребно доставити целу тендерску документацију у дупликату, тј свих 74 страна?

Одговор 1. Тендерску документацију потребно је доставити у једном примерку. Дошло је до техничке грешке, биће извршена измена тендерске документације.

Питање 2. У конкурсној документацији, на страни 8 од 37, наручилац захтева од понуђача достављање средства за додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза за случај да се понуђач налази на Списку негативних референци које је раније водила Управа за јавне набавке,

Указујемо да се наручилац у оквиру тачке 3.14. на страни 8 од 32 позива на Списак негативних референци који је изменама Закона о јавним набавкама (које су ступиле на снагу 12. августа 2015. године) укинут, тачније члан 83. Закона у којем је био регулисан Списак је брисан. Самим тим, немогуће је и захтевати неко додатно средство обезбеђења за случај да је понуђач на том списку.

Одговор 2. Прихватамо сугестију. Конкурсном документацијом биће изменјен наведени захтев.

Питање 3. У конкурсној документацији на страни 23 од 37, у делу техничке спецификације и техничка документација, тражено је за масени спектрометар опсег маса од 1.0 до 1200y (атомских масених јединица) или шире.

На основу истраживања тржишта смо утврдили да тренутно на тржишту Републике Србије а и на светском тржишту у понуди су уређаји са следећим опсезима маса: 1.5-1100, 1.5- 1050, 1-1200 и 1.5- 1090.

Тражени опсег маса је карактеристичан само и искључиво за произвођача ██████████. Истраживање можете и Ви спровести ако већ нисте, утврдићете исто. Због горе изложеног, Вам указујемо да тражена техничка спецификација је искључујућа и тиме у супротности са Законом о Јавним Набавкама и начела о једнакости понуђача. Сходно Закону о Јавним набавкама, неопходно је да исправите тражену техничку

спецификацију тако да обезбедите једнакост међу понуђачима и промените опсег у 1.5-1000 и више.

Одговор 3. Корисник остаје при захтеваним техничким карактеристикама.

Питање 4. У конкурсној документацији на страни 21 од 37, у делу Услови за учешће у поступку јавне набавке, у делу за испуњеност захтеваних техничких карактеристика, наведено је да понудаљач, захтеване карактеристике докаже оригиналним спецификацијама, брошурома, шемама и сликама произвођача опреме.

Да ли ће бити прихватљиво уколико се као докази захтеваних техничких карактеристика приложе и стране из корисничког и сервисног упутства?

Одговор 4. Да, али само уколико нису у супротности са јавно доступним подацима за захтеване техничке карактеристике.

Питање 5. У конкурсној документацији на страни 6 од 37, у делу Остали захтеви наручиоца, наведено је да је понуђач дужан да понудом обухвати и референтну листу која треба да садржи податке из којих се може утврдити да је добављач успешно реализовао уговоре о продаји апаратра који има сличну техничку спецификацију као предмет јавне набавке, у следећим годинама-2014. и 2015. години.

Да ли ће бити прихватљиво доставити потврде о продаји опреме која је предмет јавне набавке укључујући и текућу 2016. годину?

Одговор 5. Корисник остаје при захтеву из тендарске докуменатације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 14/2016