



**Научни институт за ветеринарство Србије**  
**Scientific Institute of Veterinary Medicine of Serbia**

Војводе Тозе 14, 11000 Београд, Ауто пут бр. 3, 11070 Нови Београд

Тел/факс: (+381 11) 285 10 96; 660 40 20; 6697 797; 7191-273;

Текући рачун: 205-119923-92 ПИБ: 100378965 МАТ.БР: 07013159

E-mail: [nivs@nivs.rs](mailto:nivs@nivs.rs)

Web: [www.nivs.rs](http://www.nivs.rs)



Број: 04-2202  
Датум: 10.05.2017.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ**  
**08/17**

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 удаљем тексту: ЗЈН), наручилац даје додатна појашњења у вези са питањима које је потенцијални понуђач поставио.

**Питање 1.** Да ли је потребно, и које би информације садржао извештај о валидацији, ако је понуђени производ искључиво за научно-истраживачки рад?

**Одговор 1.** Дијагностички китови који су предмет набавке се користе за извођење акредитованих метода, те је неопходно да поседују документацију о њиховој валидацији у складу са међународним стандардима. Морају бити достављене квантитативне вредности валидације које су доступне произвођачу кит-а (нпр. сензитивност, специфичност, репродукцибилност, поновљивост итд.).

**Питање 2.** Партија 55.- Да ли је прихватљиво понудити оригинално паковање за Dream Taq Master Mix које је за 250 реакција за 50µl?

**Одговор 2.** Прихватљиво је.

**Питање 3.** Партија 56.- Колика је величина јединичног паковања за Hot Start Master Mix?

**Одговор 3.** 250 реакција за 50µl.

**Питање 4.** Партија 57.- Колика је величина јединичног паковања за multiplex M-PCR kit?

**Одговор 4.** 250 реакција за 50µl.

**Питање 5.** Партија 62.- Са којим моделом је потребно да буде компатибилан Master Mix за qPCR који је еквивалент за TaqMan Universal PCR Master Mix?

**Одговор 5.** Master Mix за qPCR мора бити компатибилан са моделом машине "7300 Real Time PCR systems" произвођача Applied Biosystems.