



Научни институт за ветеринарство Србије
Scientific Institute of Veterinary Medicine of Serbia

Војводе Тозе 14, 11000 Београд, Ауто пут бр. 3, 11070 Нови Београд

Тел/факс: (+381 11) 285 10 96; 660 40 20; 6697 797; 7191-273;

Текући рачун: 205-119923-92 ПИБ: 100378965 МАТ.БР: 07013159

E-mail: nivs@nivs.rs

Web: www.nivs.rs



Број: 04-0637
Датум: 09.02.2018.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН
02/18

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 удаљем тексту: ЗЈН), наручилац даје додатна појашњења у вези са питањима које је потенцијални понуђач поставио.

Партија 2.

Питање 1. Да ли је за ставку под ред.бројем 4 – аутоклави потребно да за мерило притиска поседујемо акредитацију као понуђач у складу са ISO 17025 или је довољно да уз уверење о еталонирању термометра у складу са ISO 17025 за притисак доставимо само извештај о извршеној провери?

Одговор 1. Довољно је да уз уверење о еталонирању термометра понуђач достави извештај о извршеној провери притиска. Конкурсна документација ће бити измењена.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 02/2018