



Научни институт за ветеринарство Србије
Scientific Institute of Veterinary Medicine of Serbia

Војводе Тозе 14, 11000 Београд, Ауто пут бр. 3, 11070 Нови Београд

Тел/факс: (+381 11) 285 10 96; 660 40 20; 6697 797; 7191-273;

Текући рачун: 205-119923-92 ПИБ: 100378965 МАТ.БР: 07013159

E-mail: nivs@nivs.rs

Web: www.nivs.rs



Број: 04-2060
Датум: 09.05.2018.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН
07/18**

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 удаљем тексту: ЗЈН), наручилац даје додатна појашњења у вези са питањима које је потенцијални понуђач поставио.

Питање 1. Молим Вас да нам појасните на који тачно поступак мислите када наводите захтев за еталонирањем Real Time PCR апарата- да ли је то верификација са калибрацијом, с обзиром да еталонирање није укључено за Real Time PCR апарате. Верификација обухвата комплетну проверу апарата.

Одговор 1. Потребно је да понуђач обезбеди верификацију апарата са калибрацијом.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 07/2018